

**Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών  
του Πανεπιστημίου Κύπρου  
(Θέματα Προσφορών)  
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Αρ. 15/2017/ΣΠΟ-ΠΡΟ  
11 Δεκεμβρίου 2017, και ώρα 10:00 π.μ. - 11:00 π.μ.  
Αίθουσα Συνεδριάσεων αρ. 114, 1<sup>ος</sup> όροφος  
Κτίριο Συμβουλίου Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης στην Πανεπιστημιούπολη**

---

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

**6.1 Εκθέσεις Αξιολόγησης (Τεχνοοικονομικό/ Οικονομικό Μέρος)**

**6.1.5 Διαγωνισμός αρ. ΧΗΜ 047/17 – Προμήθεια Λυοφυλιωτή και Μικροεξοπλισμού Επεξεργασίας Δειγμάτων**

Το Συμβούλιο αφού μελέτησε την Έκθεση Αξιολόγησης που υποβλήθηκε για τον πιο πάνω διαγωνισμό και αφού εξέτασε όλα τα ενώπιον του στοιχεία, αποφάσισε τα ακόλουθα, σύμφωνα με την εισήγηση που περιλαμβάνεται στην υποβληθείσα έκθεση αξιολόγησης:

(α) την κατακύρωση του διαγωνισμού για τρία (3) από τα τέσσερα (4) όργανα στον προσφέροντα Cyprus Pharmaceutical Organization Ltd, του οποίου η προσφορά έχει αναδειχτεί ως αυτή με τη χαμηλότερη τιμή που ικανοποιεί τους Όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Διαγωνισμού, για το συνολικό ποσό των €21.180,00, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ως ακολούθως:

Αντικείμενο	Ποσό
1. Freeze Dryer	€16.000,00
2. Ultrasonic Homogenizer	€3.200,00
3. Vacuum Sealer	€1.980,00
Σύνολο	€21.180,00

(β) την απόρριψη της προσφοράς που υποβλήθηκε από την εταιρεία C. Georgiou Lab Supplies Ltd για το όργανο Ultrasonic Homogenizer, λόγω ψηλότερης προσφερθείσας τιμής (€3.750,00).

(γ) την απόρριψη της προσφοράς που υποβλήθηκε από την εταιρεία Biotronics Ltd για το όργανο Ultrasonic Homogenizer, λόγω ψηλότερης προσφερθείσας τιμής (€4.976,00).

(δ) την απόρριψη της προσφοράς που υποβλήθηκε από την εταιρεία Biotronics Ltd για το όργανο Freeze Dryer, λόγω του ότι δεν πληροί την απαίτηση για stainless Steel cabinet (όρος 6).

(ε) την απόρριψη της προσφοράς που υποβλήθηκε από την εταιρεία Medisell Ltd για το όργανο Freeze Dryer, λόγω του ότι δεν πληροί την απαίτηση για stainless Steel cabinet (όρος 6).

(στ) την απόρριψη της προσφοράς που υποβλήθηκε από την εταιρεία Medisell Ltd για το όργανο Vacuum Sealer, λόγω του ότι δεν πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές: (1) ISO 9001, Certificate provided from the manufacturer, και (2) Sealer Temperature must be adjustable.

(ζ) την απόρριψη της προσφοράς που υποβλήθηκε από την εταιρεία C. Georgiou Lab Suppliers Ltd για το όργανο Mixer Mill, λόγω του ότι η προσφερθείσα τιμή (€14.130,00) κρίθηκε εξωπραγματική σε σχέση με την εκτίμηση (€2.500,00) και την ακύρωση του διαγωνισμού για το όργανο αυτό λόγω του ότι η απορριφθείσα προσφορά της εταιρείας C. Georgiou Lab Suppliers Ltd ήταν η μοναδική που υποβλήθηκε για το όργανο αυτό.

